

PL/ OP-1-P-1 verzija 4

**SEZNAM LABORATORIJSKIH PREISKAV Z
 DODATNIMI INFORMACIJAMI**

Dokument velja od: **27. 12. 2022**

Seznam laboratorijskih preiskav z dodatnimi informacijami:

Preiskava	Vzorec, epruveta	Orientacijske referenčne vrednosti za odrasle	Enote
HEMATOLOŠKE PREISKA VE			
K-Levkociti	polna kri, epruveta z vijoličnim zamaškom (antikoagulant K2-EDTA ali K3-EDTA)	4,0 – 10,0	10 ⁹ /L
K-Eritrociti		m: 4,5-5,5 ž: 3,8-4,8	10 ¹² /L
K-Hemoglobin		m: 130-170 ž: 120-150	g/L
K-Hematokrit		m: 0,400-0,500 ž: 0,360 – 0,460	L/L
K-MCV		83 – 101	fL
K-MCH		27 – 32	pg
K-MCHC		315 – 345	g/L
K-RDW		11,6 – 14,0	%
K-Trombociti		150 – 410	10 ⁹ /L
K-MPV		7,4 – 10,4	fL
K-DKS			
K-Nevtrofilci		40,0 – 80,0	%
K-Limfociti		20,0 – 40,0	%
K-Monociti		2,0 – 10,0	%
K-Eozinofilci		1,0 – 6,0	%
K-Bazofilci		0,0 – 2,0	%
K-Nevtrofilci		1,50 – 7,40	10 ⁹ /L
K-Limfociti		1,10 – 3,50	10 ⁹ /L
K-Monociti		0,21 – 0,92	10 ⁹ /L
K-Eozinofilci		0,02 – 0,67	10 ⁹ /L
K-Bazofilci	0,00 – 0,13	10 ⁹ /L	
K-Retikulociti	20 – 100	10 ⁹ /L	

Preiskava	Vzorec, epruveta	Orientacijske referenčne vrednosti za odrasle	Enote
K-Sedimentacija eritrocitov	polna kri, epruveta s črnim zamaškom (antikoagulant 3Na citrat, 0.129 M, 4NC)	< 15	mm/h

BIOKEMIJSKE PREISKAVE			
S-AST	serum, <u>epruveta z rdečim zamaškom</u> (z gelom ali brez) ali <u>epruveta z rumenim zamaškom</u> z gelom	m: < 0,58 ž: < 0,52	μkat/L
S-ALT		m: < 0,74 ž: < 0,56	μkat/L
S-GGT		m: < 0,92 ž: < 0,63	μkat/L
S-Železo		5,8 – 34,5	μmol/L
S-Bilirubin celokupni		< 21	μmol/L
S-Glukoza		4,11 – 5,89 60-90 let: 4,56 – 6,38 > 90 let: 4,16 – 6,72	mmol/L
S-Sečnina		2,8 -8,1	mmol/L
S-Kreatinin		m: 62-106 ž: 44-80	μmol/L
S-Sečna kislina		m: 202-417 ž: 143-339	μmol/L
S-Holesterol		< 5,20	mmol/L
S-Trigliceridi		< 1,70	mmol/L
S-HDL holesterol		m: > 1,45 ž: > 1,68	mmol/L
S-LDL holesterol		< 3,31	mmol/L
S-CRP		< 5,0	mg/L
S-Kalij		3,50 – 5,50	mmol/L
S-Natrij		136 - 145	mmol/L
S-Kloridi	98 - 107	mmol/L	

Preiskava	Vzorec, epruveta	Orientacijske referenčne vrednosti za odrasle	Enote	
PREISKAVE URINA				
Kvalitativna analiza urina (testni trak, 10 parametrov)				
U-Glukoza	priložnostni vzorec urina, <u>lonček za urin</u> ali <u>epruveta brez dodatka za urin</u>	0	poE	
U-Bilirubin		0	poE	
U-Ketoni		0	poE	
U-Relativna gostota		1,003 – 1,040	1	
U-Eritrociti		0	poE	
U-Proteini		0	poE	
U-pH		4,4 – 8,0		
U-Urobilinogen		0	poE	
U-Nitriti		0	poE	
U-Levkociti		0	poE	
U-Proteini s sulfosalicilno kislino		0	poE	
U-Sediment				
U-Uricult				
U-Droge (presejalni testi)				
U-Amfetamini		0	poE	
U-Benzodiazepini		0	poE	
U-Kokain		0	poE	
U-Opiati		0	poE	
U-Metadon		0	poE	
U-Kanabis		0	poE	

PREISKAVE BLATA			
F-Kri	blato	0	poE
F-Paraziti v blatu	<u>lonček za blato z žličko</u>	0	poE
F-H. Pylori (presejalni test)		0	poE
B-Podančice (jajčeca)	<u>odtis zadnjika</u> (perianalni bris)	0	poE

Preiskava	Vzorec, epruveta	Orientacijske referenčne vrednosti za odrasle	Enote
OSTALE PREISKAVE			
K-CRP (otroci)	glej hematološke preiskave	< 10	mg/L
S-Infek. mononukleozapresejalni test	glej biokemijske preiskave		
B-Streptokok A - presejalni test	bris grla	0	poE
B-Influenza A+B – presejalni test	bris nosnic	0	poE

Preiskava	Vzorec, epruveta	Orientacijske referenčne vrednosti za odrasle	Enote
SRČNI MARKERJI			
K-Troponin T	polna kri, epruveta z zelenim zamaškom (antikoagulant Li-Heparin)	< 50	ng/L
K-D-Dimer		< 0,5	µg/mL